

山东思科捷生物技术有限公司

全国免费电话: 400-694-7688

网址: <http://www.sparkjade.com>

质量检验报告 Certificate of Analysis

产品名称 Product Name: 0.2mL PCR 8联排管+光学平盖, 无酶, 透明		
货号 Catalog No: GC0002	批号 Lot No: STBKZ	
生产日期 Date of Manuf: Sept.18,2021	有效期 Expiry date: Sept.17,2026	
检验日期 Inspection date: Sept.18,2021	报告日期 Report date: Sept.20,2021	
储存温度 Store at: RT		
检测项目	检测标准	检测结果
外观	无黑点、气泡、拉痕等	合格
尺寸	符合图纸规格	合格
密封性测试	抽真空-30Kpa ~ -29Kpa, 3 分钟不渗漏	合格
包装	包材、数量正确, 包装完好	合格
内毒素检测	< 0.1EU/mL	合格
RNase 检测	无 RNase	合格
DNase 检测	无 DNase	合格
结论	结果符合产品质量要求	
备注: 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。		

质检员 QC Checker:

封 滕

审核 Manager:

陈雪梅