



山东思科捷生物技术有限公司

全国免费电话: 400-694-7688

网址: <http://www.sparkjade.com>

质量检验报告 Certificate of Analysis

产品名称 Product Name: 1.5M Tris-HCL,pH 8.8		
货号 Catalog No: EC0010	批号 Lot No: SUKLE	
生产日期 Date of Manuf: Nov.13,2021	有效期 Expiry date: N/A	
检验日期 Inspection date: Nov.13,2021	报告日期 Report date: Nov.15,2021	
储存温度 Store at: RT		
检测项目 Test	检测标准 Specifications	检测结果 Results of analysis
外观 Appearance	无色透明溶液 Colorless transparent solution.	合格 Qualified
pH (25 °C)	8.8±0.2	8.83
沉淀 Precipitation	无沉淀, 无絮状物 No precipitation, no flocs.	合格 Qualified
结论 Conclusion	结果符合产品质量要求 The results meet the quality requirements.	
备注: 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。		

质检员 QC Checker:

封 滕

审核 Manager:

徐雪荣